



제2013-004873-01호

안 전 인 증 서

System Sensor de Mexico

Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Portable Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

ToxiPro (Ex ia IIC T4) / 13-KB4BO-0147X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 'Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- Portable Single Gas Detector
- 제품정격: 배터리 전원(Lithium Manganese 3V battery - 최대 3.7 Vdc)
- 사용주위온도 : $-20\text{ }^{\circ}\text{C} < T_a < +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 주의사항 : 폭발위험장소에서는 배터리를 교체하지 마시오. Panasonic Part No. CR-2 3V 1차 Lithium Cell만 사용하십시오. 기타 사용설명서 참조.

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항 : 없음

2013 년 4 월 10 일

한국산업기술시험원장

